

仕 様 書

1. 品 名 全容 3L 培養装置 一式

(参考機種)

・バイオット社 BMS-03NP4 1 式

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1 式

3. 基本的仕様

- ① 上部直動攪拌仕様で 70～1,000 rpm の回転数があること。
- ② 計測制御に攪拌、温度、pH、DO、AF（消泡）および各制御に必要なポンプが標準搭載されていること。
- ③ 温度調整が 60 度の高温培養に対応していること。
- ④ 排気コンデンサが付いていること。
- ⑤ コントロールパネルによる操作が可能であり、データの記録から Excel CSV ファイルにて出力出来ること。
- ⑥ 専用制御ソフトウェアを用いた制御およびベッセルサイズの拡張機能利用に対応していること。
- ⑦ 寸法 300×650×960 mm (W×D×H) 以下であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
第2実験棟1階 研究室 No. 109

5. 納入期限

令和7年3月21日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。