

仕 様 書

1. 品 名 蛍光・化学発光撮影装置

(参考機種)

・Bio-Rad 社 ChemiDoc Touch MP イメージングシステム 17001402JA

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1 台

3. 基本的仕様

- ①. 600 万画素以上の冷却 CCD カメラシステムを搭載していること。
- ②. Red/Blue/Green の光源およびフィルターを装備していること。
- ③. 遠赤、近赤外の光源およびフィルターを装備していること。
- ④. 高感度検出試薬である StarBright Blue シリーズに対応していること。
- ⑤. 大型スクリーンでのタッチ画面操作できること。
- ⑥. 解析ソフトウェアが Windows/Machintosh OS に対応していること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
海外生物学実験棟 2 階 遺伝子構造解析室

5. 納入期限

令和 7 年 3 月 21 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。