

# 仕 様 書

## 1. 品 名 全容 10L 培養装置 一式

(参考機種)

・バイオット社 BMS-10NP4 1 式

※参考機種のほか、3 の基本的仕様を満たしているもの

## 2. 数 量 1 式

## 3. 基本的仕様

- ① 上部直動攪拌仕様で 70～1,000 rpm の回転数があること。
- ② 計測制御に攪拌、温度、pH、DO、AF（消泡）および各制御に必要なポンプが標準搭載されていること。
- ③ 温度調整が 60 度の高温培養に対応していること。
- ④ 排気コンデンサが付いていること。
- ⑤ 専用ソフトを用いた培養制御やデータ収集が可能であり、1 台の PC から 2 台以上の培養装置を制御可能であること。
- ⑥ 寸法 300×650×960 mm (W×D×H) 以下であること。

## 4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

第 2 実験棟 1 階 研究室 No. 109

## 5. 納入期限

令和 8 年 1 月 30 日

## 6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行い、完了後の養生材、梱包材は納入者が引き取り、適切に処理すること。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) 本仕様書の技術的内容および知り得た情報に関しては、守秘義務を負うこととする。
- (7) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。