

仕 様 書

1. 品 名 携帯型分光放射計 1式

(内訳)

携帯型分光放射計本体	英弘精機 MS-730	1台
AC電源アダプタ		1個
専用スマートフォン	Android搭載	1台
開口角アタッチメント	10°, 25°, 45°	1個
キャリングケース		1個
アダプタソケット	ガラス板	1個
梱包、送料		1式

※ 参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ①. 重量が1kg以下で携帯性に優れていること。
- ②. 分光放射測定値は校正値を有していること。
- ③. 350-1000 nmの波長範囲を測定可能であること。
- ④. 波長分解能10 nm以下の精度で検出可能であること。
- ⑤. センサ視野角を変更できること。
- ⑥. 電源を交換可能であること。
- ⑦. レーザポインタ機能を有していること。
- ⑧. 分光放射計の操作を行える端末が付属していること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
第2実験棟 2階 共用解析室1

5. 納入期限

令和3年9月17日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。

- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。