

# 仕 様 書

1. 品 名 人工気象器  
日本医化器械 LH-411S
2. 数 量 1台
3. 基本的仕様
  - ①. 内寸が W650×D550 mm 以上であること。
  - ②. 温度設定が、5～50℃の範囲で可能であること。
  - ③. 温度制度が、誤差が±1℃であること。
  - ④. 照明が、側部、上部の5面照射であり、均等な光量が得られること。
  - ⑤. 照度を0から35,000Luxの範囲で設定できること。
  - ⑥. 実時刻で運転を制御できること。
  - ⑦. 100Vの電源を使用して、電流が20Aを超えないこと。
4. 納入場所  
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
共同研究棟5階 実験室（生物系I）No.505
5. 納入期限  
令和4年2月28日
6. その他
  - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
  - (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
  - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
  - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
  - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
  - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。