

# 仕 様 書

1. 品 名 低温恒温器  
ヤマト科学 ILE800 211144 2台  
搬入費用 1式

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ① 使用周囲温度範囲が5度から35度において、使用温度範囲が0度から60度に設定できること。
- ② 低温恒温器各1台の容量が280L以上であること。
- ③ 対流方式がエアジャケットによる自然対流であること。
- ④ 冷凍機付きであること。
- ⑤ 独立した過昇防止機能が備わっていること。
- ⑥ 寸法高さ1800mm以下、幅790mm以下、奥行700mm以下であること。
- ⑦ 使用電源はAC100Vであること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
共同研究棟6階 研究室No. 604

5. 納入期限

令和3年10月29日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。