

仕 様 書

1. 品 名 分光測色計
コニカミノルタ CM-26dG
2. 数 量 1 台
3. 基本的仕様
 - ①. 照明・受光光学系に拡散照明方式を使用していること。
 - ②. 正反射光を含まない測定(SCE)が可能であること。
 - ③. 測定精度(繰り返し性)が高いこと。
 - ④. 測定波長間隔が 10 nm 以下であること。
 - ⑤. 光源からの熱放出が小さいこと。
 - ⑥. 本体機器の総重量が 1 kg 以下であること。
 - ⑦. 測定範囲温度が 5℃～40℃であること。
 - ⑧. 測定時間が 1 秒以下であること。
 - ⑨. 測定径 4 mm 以下であること。
 - ⑩. 測定箇所を肉眼で確認しながら測定ができること。
 - ⑪. 色と光沢が同時に測定できること。
 - ⑫. 測定結果をパソコンに取り込み、パソコン上で解析ができること。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 6 階 研究室 No. 10
5. 納入期限
令和 4 年 1 月 2 8 日
6. その他
 - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
 - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。