

仕 様 書

1. 品 名 正立顕微鏡
(参考機種)
ライカマイクロシステムズ DM2500LED 1台
※ 上記機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 1台
3. 基本的仕様
 - ①. 卓上型 (50×50 cm以内) であること。
 - ②. 透過光源がLEDであること。
 - ③. ステージハンドルが左右切替可能であること。
 - ④. フォーカスノブに高さ調整機構を備えていること。
 - ⑤. x10の対物レンズで作動距離12mm以上となること。
 - ⑥. 視野数が24mm以上であること。
 - ⑦. プラン対物レンズが取り付け可能なこと。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟5階 研究室No. 527
5. 納入期限
令和3年12月15日
6. その他
 - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
 - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。