

仕 様 書

1. 品 名 超低温フリーザー
(参考機種)
PHC MDF-DU300H-PJ 1台
※ 参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 1台
3. 基本的仕様
 - ①. ノンフロン冷媒採用であること。
 - ②. 内部が2室に分割されており、それぞれ内扉があること。
 - ③. 上部1室に81本チューブボックスが100個以上収納可能であること。
 - ④. 下部1室に内蔵引出しが収納できること。
 - ⑤. 消費電力が500W以下であること。
 - ⑥. 寸法W760mm以下、D880mm以下、H1900mm以下であること。
 - ⑦. 庫内温度が-80℃以下に設定できること。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟5階 招へい共同実験室
5. 納入期限
令和4年1月28日
6. その他
 - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (2) 設置場所の既設機器の移動、機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
 - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。
 - (7) 購入機器設置予定場所にある人工気象器（日本医化器械 LH-220S）を隣室の遠心機室の指定場所へ移動すること。