

仕 様 書

1. 品 名 超低温フリーザー

(参考機種)

PHC MDF-394-AT-PJ 1台

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- ①. 冷却性能が -70°C 以下であること。
- ②. 外形寸法が W1860mm、D800mm 以下であること。
- ③. 使用電源は単相 100V であること。
- ④. 有効内容積が 309L 以上であること。
- ⑤. 開閉扉はチェスト式であること。
- ⑥. 自動補助冷却装置（液化炭酸ガス用）を有すること。
- ⑦. 定格消費電力が 665W 以下であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟5階 523実験室（物理系II）

5. 納入期限

令和5年3月24日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 現有機（サンヨー MDF-392-AT）から補助冷却用炭酸ガスボンベを取り外し、購入機器へ接続すること。
- (4) 炭酸ガスボンベを外した現有機を当センター内の一時保管場所へ移送すること。
- (5) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (6) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (7) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (8) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。