

# 仕 様 書

1. 品 名 グロースチャンバー

(参考機種)

・PHC 株式会社 MLR-352H-PJ

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1 台

3. 基本的仕様

- ① 対流方式は強制循環型式・垂直上昇気流方式であること。
- ② 庫内容量が 290L 以上であること。
- ③ 温度調整範囲が 10～50℃で設定可能であること。
- ④ 庫内温度 25～40℃を維持できること。
- ⑤ 全照明点灯設定時に湿度 55～80%を維持できること。
- ⑥ 庫内に 0lx から最大照度 20,000lx 以上となる照明が設置されており、1 時間単位での時間設定が可能であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

第1実験棟 昆虫実験室2

5. 納入期限

令和5年3月17日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。