

# 仕 様 書

## 1. 品 名 人工気象器

(参考機種)

・日本医化器械製作所 LH-241PFST-S

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

## 2. 数 量 1台

## 3. 基本的仕様

- ①. 温度が10～40℃を含む範囲で、定値運転可能であること。
- ②. 容量が200L（内寸W500×D500×H800 mm程度）以上であること。
- ③. 光源が疑似太陽光LEDであること。
- ④. 昼夜切り替えを自動で行えること。
- ⑤. クローズド型であること。
- ⑥. 使用電源が15A以下であること。

## 4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

第1実験棟 106前室

## 5. 納入期限

令和6年3月15日

## 6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。