

仕 様 書

1. 品 名 ユニバーサルフロア型冷却遠心機

(参考機種)

・ Thermo Fisher Scientific 社 Sorval X4RF Pro 75009940 1 式

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1 式

3. 基本的仕様

- ① 最高回転数がスイング式で 3,200 rpm 以上であること。
- ② 最大容量が 1,000 mL (4 本×250 mL) 以上で、50 mL のファルコンチューブが 24 本以上、15 mL ファルコンチューブが 64 本以上収容可能なバケットがあること。
- ③ 温度コントロールが-9 度以下及び 35 度以上まで可能であること。
- ④ 段階的な加速、減速およびブレーキオフ機能があること。
- ⑤ インバランス検知、挟み込み防止等、安全装置が装備されていること。
- ⑥ 寸法 566×690×860 mm (W×D×H) 以下であること。
- ⑦ 電源容量が 100V 50/60Hz、13A 以下であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
第2 実験棟 1 階 研究室 No. 109

5. 納入期限

令和 7 年 1 月 31 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。