

仕 様 書

1. 品 名 温度勾配恒温器

(参考機種)

日本医化器械製作所 TG-300WLED-3LE

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- ① 3種以上の温度を同時に設定可能であること。
- ② 温度設定を、10～40℃の範囲で行えること。また、部屋の温度差を10℃まで設定可能であること。
- ③ 庫内各段個別に照明が設置されていること。
- ④ 昼夜切り替えを自動で行えること。
- ⑤ 庫内コンセントがあること。
- ⑥ 寸法（外寸）W 1,000 mm 以下、（内寸）各段 W400×D500×H200 mm 以上であること。
- ⑦ 運転電流が16A 以下であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

共同研究棟6階 研究室No. 625

5. 納入期限

令和 4年 10月31日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。