

仕 様 書

1. 品 名 炭素蒸着装置

(参考機種) メイワフォーシス社 カーボンコータ C A D E

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- ①ターゲット設置方法が固定式であること。
- ②ターゲットが高純度ファイバーであること。
- ③試料台高さ調整が可能であること。
- ④シャッター機能を有すること。
- ⑤試料台サイズがφ75mm以上であること。
- ⑥コーティング時間が1.7秒以下であること。
- ⑦ポンプ性能が135L/min以上であること。
- ⑧寸法360mmW×360mmD×450mmH以下であること。
- ⑨電源は100Vであること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
第2実験棟 1階 生体分子分析室

5. 納入期限

令和4年10月31日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。