

仕 様 書

1. 品 名 人工気象器
(参考機種)
 - ・日本医科器械製作所 LPH-241S
 - ※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 1台
3. 基本的仕様
 - ①. 電源容量が100V、30A以下であること。
 - ②. 内寸がH900以上であること。
 - ③. 外寸がW800×D800mm×H1,800mm以下であること。
 - ④. 制御温度範囲が15℃～40℃であること。
 - ⑤. 光強度が $200\mu\text{molm}^{-2}\text{s}^{-1}$ 以上であること。
 - ⑥. 気象室内湿度が調節可能であること。
 - ⑦. 蛍光灯を用いて栽培が可能なこと。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
隔離温室 102 病原接種室
5. 納入期限
令和6年2月29日
6. その他
 - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
 - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。