

仕 様 書

1. 品 名 高感度マルチモードプレートリーダー
(参考機種)

・Promega 社 GloMax Explorer System GM3510

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1 台

3. 基本的仕様

- ①. マルチプレートに対応すること
- ②. GloMax 20/20 のプロトコルが使用可能であること
- ③. PC にデータを出力可能であること
- ④. タッチパネル操作であること
- ⑤. 寸法 W600mm 以下、D600mm 以下であること
- ⑥. 検出感度が 3×10^{-21} moles ルシフェラーゼ (or 10×10^{-18} moles ATP) 以上であること
- ⑦. ダイナミックレンジが 6 桁以上であること

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同実験棟 6 階 626 実験室 (化学系 II)

5. 納入期限

令和 6 年 2 月 9 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。