

仕 様 書

1. 品 名 水ポテンシャル測定装置

(参考機種)

(内訳)

メイワフォーシス MODEL1505D-EXP

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- ①-10～0 MPa の範囲の水ポテンシャルを測定できること。
- ②測定値がデジタル値で表示されること。
- ③枝木部の水切れ耐性を測定できること。
- ④直径 0.5 mm ～ 5 mm までのサンプルを測定できること
- ⑤チャンバーのサイズが直径 5 cm 以上、深さは 10cm 以上であること。
- ⑥測定の際にレギュレーターが不要であること。
- ⑦市販の外付け窒素ボンベなどを取り付けられること。
- ⑧サイズは3辺の和が 100 cm 以下であること。
- ⑨重量が 12kg 以下であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 6 階 実験室 (化学系IV) 618

5. 納入期限

令和 6 年 3 月 8 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。