

仕 様 書

1. 品 名 人工気象器

(参考機種)

・日本医化器械製作所

大型環境調節装置 HCLPH-880PFS-3-5L 1台

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- ①. 使用電源AC100V／15A以下であること。
- ②. 内容量が500L以上であること。
- ③. 庫内に高さ25cm以上の栽培棚を3段以上有し、各段の照明数が5灯以上であること。
- ④. 照明に擬似太陽光LED SUNRAY LIGHT (PF20-S12WT8-S1)を使用していること。
- ⑤. 通年で温度が23-26℃、湿度が60%前後に調節可能であること。
- ⑥. 外寸がH2000mm以下、D900mm以下、W1200mm以下であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟5階 505実験室

5. 納入期限

令和6年9月20日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (5) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。