

仕 様 書

1. 品 名 リアルタイム PCR システム

(参考機種)

- ・Thermo 社 QuantStudio 1 ノート PC 付き QS1-TIP
- ・Thermo 社 HRM Software V3.2 A30150

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1 台

3. 基本的仕様

- ①. 使用電源 AC100V であること。
- ②. FAM, VIC, ROX の 3 種類の蛍光が同時に検出可能であること。
- ③. 96 ウェルブロックを搭載していること。
- ④. ROX 蛍光などのパッシブリファレンス蛍光による液量誤差補正および光化学系誤差補正ができること。
- ⑤. 解析用ソフトウェアを有していること。
- ⑥. 寸法 幅 300 mm 以下、奥行き 550 mm 以下、高さ 450 mm 以下であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 6 階 617 号室

5. 納入期限

令和 7 年 3 月 7 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。