

仕 様 書

1. 品 名 マイクロプレートリーダー

(参考機種)

・Thermo 社 Varioskan LUX マルチモードプレートリーダー
VL0L00D0

・Thermo 社 SkanIt Soft 用制御 PC Office 付

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1 台

3. 基本的仕様

- ①. 使用電源 AC100V であること。
- ②. 4-37 度までの温度で検体のインキュベーションが可能であること。
- ③. 96 穴マイクロプレートを測定に利用できること。
- ④. 吸光度、蛍光強度および発光が検出できること。
- ⑤. 解析用ソフトウェアが利用できること。
- ⑥. 吸光測定波長域が 200-1000 nm であること。
- ⑦. 寸法 高さ、幅 550 mm 以下、奥行き 600 mm 以下であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 6 階 617 号室

5. 納入期限

令和 7 年 3 月 7 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。