

仕 様 書

1. 品 名 電気泳動ゲル撮影装置

(参考機種)

本体：エムエス機器 SOLO 6S EDGE

付属品：エムエス機器 UV-Pad Edge 26MX V1

エムエス機器 蛍光フィルター

F590 Ethidium Bromide 用

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ①. 冷却 CCD カメラで撮影するシステムであること。
- ②. カメラ画素数は 600 万画素以上であること。
- ③. F 値 0.7 以下のレンズを搭載していること。
- ④. 最大 26 × 21 cm の撮影範囲を有していること。
- ⑤. 312 nm の透過光 UV イルミネーターを搭載していること。
- ⑥. 本体サイズ 600 (W) x 600 (D) x 900 (H) mm 以下であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 5 階 515 顕微鏡室

5. 納入期限

令和 7 年 2 月 28 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。