

# 仕 様 書

## 1. 品 名 イオン分析計（サプレッサ型）

（参考機種）

東亜デューケーター社

イオン分析計 IA-300 型、タンク導入管 6547830K

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

## 2. 数 量 1 式

## 3. 基本的仕様

- ①. 使用電源AC 100Vであること。
- ②. プリンターが本体に内蔵され、一体になっていること。
- ③. 測定時間は1回20分以内であること。
- ④. 採取サンプル量が微量(20 $\mu$ l)であること。
- ⑤. 指定校正液による1点校正ができること。
- ⑥. 手動による試料注入および手動によるバルブ切換えができること。
- ⑦. 寸法 H470mm×D550mm 以下であること。

## 4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
水産領域 海外実験棟 113 室（化学実験室）

## 5. 納入期限

令和7年3月31日

## 6. その他

- （1）納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- （2）機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- （3）納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- （4）納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- （5）修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- （6）その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。